

お客様各位

超音波厚さ計の定期的な校正管理のご案内

この度は弊社超音波厚さ計をご購入いただき、誠にありがとうございます。
製品の製作、発送には細心の注意を払っておりますが、お気づきの点がございましたら、販売窓口までお知らせください。

弊社では、JIS Z 2355 に基づき 1 年毎に超音波厚さ計の校正管理の実施を推奨しています。
校正管理は、超音波厚さ計のメーカーである弊社へご依頼いただけますよう、ご検討ください。
定期的な校正作業の実施と弊社へのご依頼を、合わせてお願い申し上げます。

【東京計器の校正管理】

○弊社校正管理で実施する内容（※印はメーカーである弊社でのみ実施できる項目です）

- ・測定性能に関わる本体内部の検査、調整（各種波形確認等）※
 - ・測定性能検査
 - ・最新のソフトウェアバージョンに更新※
 - ・探触子の検査（接触面の調整 等）※
 - ・超音波厚さ計および探触子の清掃※
 - ・日時保存に関連する内部電池の交換※
- （以上の他、必要に応じて基板交換など作業内容の追加を行います）

○校正管理のご依頼方法

- ・弊社営業所へご連絡頂くか、ご購入元へご依頼ください。

〒144-8551 東京都大田区南蒲田 2-16-46

東京計器株式会社

油圧制御システムカンパニー営業部

TEL : 03-3737-8616

FAX : 03-3737-8667